



## Zapytanie Ofertowe (RFP)

**DOTYCZY: Odtworzenie układu pomiarowego ABB Multiwave 3502 – 44AT4054**

### 1. Specyfikacja techniczna:

Pomiaru zawartości wody w EDC (1,2dichloroetan).

Zakres 0-100 ppm.

Specyfikacja techniczna obecnie zainstalowanego analizatora

Obecnie zastosowany analizator: ABB Multiwave 3052.

Wykonanie Ex (jak do strefy 1 zgodnie ze standardami Anwil S.A.)

### Zakres prac / dostawy:

Dostawa . Zakres remontu obejmuje:

- Zakup oraz wymianę wyeksploatowanego analizatora,
- Zakup oraz wymianę elementów układu poboru oraz kondycjonowania próbki (rotametry, zawory, złączki, szafka ochronna, chłodnica).
- Przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej.

### 1. Oferta powinna zawierać:

- Podstawowe parametry techniczne proponowanego urządzenia
- Potwierdzenie serwisów w Polsce
- Potwierdzenie pierwszego uruchomienia urządzenia przez serwis Producenta
- (dostarczenie protokołów z uruchomienia)
- Gwarancję min. 24 miesięcy
- Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (warunek konieczny)
- Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie ze standardami Anwil S.A. (odstępstwa zaprezentowane wg procedury opisanej w standardach Anwil S.A. na etapie ofertowania).

### 2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI.

1. Protokoły sprawdzeń izolacji kabli
2. Protokoły sprawdzeń układów pomiarowych oraz Ex (jeśli występują).
3. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych. Protokół z przeprowadzonych testów.
4. Protokoły kalibracji urządzeń. Protokoły z testów fabrycznych.
5. Wykonanie nowej dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wykaz urządzeń, schematy obwodowe, schematy lokalizacji urządzeń, schematy prowadzenia tras kablowych, schematy odrutowania

**ANWIL S.A.** z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: [anwil@anwil.pl](mailto:anwil@anwil.pl), [anwil.orlen.pl](http://anwil.orlen.pl)

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

skrzynek złącznych, schematy hook-up, specyfikacje materiałowe w tym wykaz części zamiennych i eksploatacyjnych wraz z szacowanym czasookresem ich wymian.

6. Prace odtworzeniowe (odtworzenia układów istniejących) należy wykonywać wg obecnie panujących przepisów prawa krajowego i europejskiego, obecnych standardów technicznych Anwil S.A. oraz obecnej wiedzy inżynierskiej (normy krajowe oraz europejskie).
7. Wymogiem koniecznym jest stosowanie na etapie projektu oraz wykonawstwa standardów technicznych ANWIL S.A.
8. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac montażowych jest pozytywna opinia – akceptacja Inwestora rozwiązań ujętych w projekcie technicznym.
9. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia uruchomienia układu pomiarowego w wyk. Ex jest pozytywna opinia Dokumentacji Urządzeń Ex przez ANWIL S.A. – Dział Analiz Technicznych. Zgodnie ze standardami Anwil S.A. każde odstępstwo od standardów powinno zostać zaprezentowane wg procedury opisanej w standardach Anwil S.A. (prezentacja odstępstw na etapie ofertowania).
10. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac (w tym wyeksploatowany analizator, szafki, elementy tras oraz układu kondycjonowania) Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
11. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. oraz z zakresu ochrony środowiska i ruchowych obowiązujących w ANWIL SA .
12. Odbiór prac odbędzie się po ich zakończeniu.

### 3. Wymagania:

Wymagana jest dostawa całkowita ściśle wg powyższej specyfikacji technicznej. Wymagane są części nowe, nieużywane w najnowszych dostępnych wersjach hardware i software. Potwierdzona data produkcji oraz potwierdzenie pełnej gwarancji fabrycznej przez producenta.

Oferty zawierające niepełną listę sprzętu zostaną odrzucone na etapie akceptacji ofert technicznych.

### Wymagania dodatkowe

- Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej istniejącego obiektu oraz do zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, głównie w aspekcie zainstalowanych urządzeń.
- Silnik powinien być tak dobrany aby spełniał wymogi dyrektywy ATEX oraz norm w zakresie pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Mimo panującej strefy 2 w miejscu pracy urządzenia, zamawiający wymaga aby silnik był w wykonaniu minimum do strefy 1 (2G) – warunek konieczny.
- Zamawiający dopuszcza wykonanie inne niż Ex p, na przykład Ex db eb.
- Silnik powinien być tak dobrany aby stanowił rezerwę bez konieczności modernizacji stanowiska pracy silnika – warunek konieczny.
- Oferta techniczna powinna zawierać opis przedmiotu zamówienia umożliwiającą ocenę stopnia zgodności oferowanego silnika ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

**ANWIL S.A.** z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: [anwil@anwil.pl](mailto:anwil@anwil.pl), [anwil.orldn.pl](http://anwil.orldn.pl)

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

- Rysunek techniczny silnika – wymiary.
- Wyprodukowany w UE. Preferowani dostawcy: SIEMENS / LOHER – zgodność z istniejącym silnikiem i dokumentacją techniczną.
- Gwarancja na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.
- DTR, instrukcje instalowania, eksploatacji i obsługi ww. silnika, w języku polskim.

## **2. Wymagania techniczne:**

- Gwarancja na sprzęt 24 miesiące od daty sprzedaży
- Dostawa do odbiorcy DDP Włocławek

## **3. Termin realizacji dostawy:** Postój remontowy maj/czerwiec 2026

## **4. Dokumenty podlegające ocenie od strony formalnej:**

Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG ( w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum).
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).
- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku.
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.
- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych:

### dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość:

- bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za ostatnie dwa pełne lata obrotowe;
- bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za maksymalną liczbę miesięcy bieżącego roku obrotowego (nie mniej niż za dwa kwartały);

### dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:

- PIT za ostatnie dwa pełne lata kalendarzowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wskazane dokumenty w odniesieniu do wszystkich wspólników);
- oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach w zakresie maksymalnej liczby miesięcy bieżącego roku kalendarzowego.
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- Przedstawienie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy oraz w związku z

**ANWIL S.A.** z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: [anwil@anwil.pl](mailto:anwil@anwil.pl), [anwil.orken.pl](http://anwil.orken.pl)  
 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  
 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504  
 NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

użytkowaniem mienia (OC), spełniającej poniższe warunki, bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem Umowy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy (netto)	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł do 100 mln zł	20% wartości umowy netto, nie mniej niż 10 mln zł

W przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecenia wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC Wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej.

- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty.

#### **5. Oferta techniczna powinna zawierać:**

5.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

5.2. Okres gwarancji.

5.3. Termin dostawy w tygodniach.

#### **6. Oferta handlowa powinna zawierać:**

6.1. Termin ważności oferty – min. 90 dni.

6.2. Sposób rozliczenia dostawy:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,

6.3. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Warunki Szczegółowe Umowy Zakupu Części Zamiennej i lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz”)

Załącznik nr 2 – Warunki Ogólne Umowy Zakupu Części Zamiennej i/lub Świadczenia Usług („WO”),

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 – Nota Informacyjna

Załącznik nr 5 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 6 - Warunki bezpieczeństwa pracy oraz regulacje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska

Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowe – RFP

Załącznik nr 10A/B – Oświadczenie- Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 11 – Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 12 – Klauzula KSeF

Załączniki dostępne są na Platformie CONNECT.

**Sprawę prowadzi:**

Mariusz Stawicki

Zespół Zakupów Remontowych

Tel.: + 48 24 202 10 43

e-mail: mariusz.stawicki@anwil.pl