



ORLEN
OIL

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu olejów metodą tygla zamkniętego

Załącznik nr 1
Kraków, 16.06.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP: 675 – 11 –90 – 702
Internet: <http://www.orlenoil.pl>, e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

I. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostarczenie aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens do Serwisu Olejowego zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Czechowicach-Dziedzicach,
- pierwsze uruchomienie aparatu wraz z przeszkoleniem obsługi,
- dostarczenie potwierdzenia zgodności pracy aparatu z normami badawczymi.

II. Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Warunki lokalizacyjne

Miejsce dostarczenia sprzętu – Zakład produkcyjny ORLEN OIL w Czechowicach- Dziedzicach ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Praca wyłącznie w dniach roboczych (poniedziałek-piątek), w godzinach 7:00 – 15:00.

IV. Informacje techniczne

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym powinien być zgodny z normami ASTM D93 oraz ISO 2719, o zakresie pomiarowym co najmniej 40°C do 360°C.

Aparat powinien posiadać grzanie elektryczne i mieszadło.

Aparat powinien pozwalać na analizę temperatury zapłonu w paliwach, olejach smarowych nowych i z eksploatacji.

Dla aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (naprawa / okresowe sprawdzenie) powinien być realizowany na terenie krajów Unii Europejskiej.

V. Inne wymogi:

- Wykonawca do zamontowanych urządzeń winien dostarczyć:
 - Deklaracje zgodności CE
 - Instrukcje obsługi w j. polskim
 - Karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń.
- Okres gwarancji - oczekiwany 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbiorowego



ORLEN
OIL

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu olejów metodą tygla zamkniętego

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.