

Przegląd oraz wzorcowanie analizatorów HORIBA PG 350E – 3 szt.; ORLEN EKO/2/000105/26

1. HORIBA PG 350E JL8FU4F2

Lp.	Kryterium		Oświadczenie Oferenta / Potwierdzenie Oferenta
1	Obiekty wzorcowania	Przenośny analizator spalin HORIBA PG 350E	TAK / NIE
2	Producent	HORIBA	TAK / NIE
3	Nr. fabryczny	JL8FU4F2	TAK / NIE
4	Zakres wzorcowania/ odniesienie do liniowości	NO: 0,0; 2,0; 10,0; 25,0; ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 25 ppm	TAK / NIE
		CO: 0,0; 2,0; 10,0; 200,0; ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 200 ppm	
		NO: 0,0; 25,0; 50,0; 200,0; 1000 ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 1000 ppm	TAK / NIE
		CO: 0,0; 100; 1000; 5000; ppm v/v - w zakresie pomiarowym analizatora 5000 ppm	
		SO ₂ : 0,0; 2,0; 5,0; 25,0; 100,0; 500; 1000; 3000 ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 3000 ppm	
		CO ₂ : 0,0; 5,0; 10,0; 20,0 % v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 20%	
5	Zakres temperatury pracy	O ₂ : 0,00; 0,20; 1,00; 3,00; 11,00; 21,00 % v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 25%	TAK / NIE
		- liniowość, - sprawność konwertera NO ₂ -NO	TAK / NIE
6	Zakres wilgotności pracy	5 °C do 40 °C,	TAK / NIE
7	Ilość analizatorów	do 80%,	TAK / NIE
8	Dostawa/ Transport po wzorcowaniu	1 szt.	TAK / NIE
9	Czas realizacji	Po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o.	TAK / NIE
10	Płatność	Do 3 tygodni od daty dostarczenia urządzenia	TAK / NIE
11	Inne	Przelew 30 dni	TAK / NIE
		- Liniowość, sprawność konwertera NO - Świadectwo wzorcowania w języku polskim z akredytowanego laboratorium zgodne z PN EN 17025	TAK / NIE

2. HORIBA PG 350E N0S4RG2

Lp.	Kryterium		Oświadczenie Oferenta / Potwierdzenie Oferenta
1	Obiekt wzorcowania	Przenośny analizator spalin HORIBA PG 350E	TAK / NIE
2	Producent	HORIBA	TAK / NIE
3	Nr. fabryczny	N0S4RG2	TAK / NIE
4	Zakres wzorcowania/ odniesienie do liniowości	NO: 0,0; 2,0; 10,0; 25,0; ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 25 ppm CO: 0,0; 2,0; 10,0; 200,0; ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 200 ppm	NO: 0,0; 25,0; 50,0; 200,0; 1000 ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 1000 ppm CO: 0,0; 100; 1000; 5000; ppm v/v - w zakresie pomiarowym analizatora 5000 ppm
		SO2: 0,0; 2,0; 5,0; 25,0; 100,0; 500; 1000; 3000 ppm v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 3000 ppm	TAK / NIE
		CO2: 0,0; 5,0; 10,0; 20,0 % v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 20%	TAK / NIE
		O2: 0,00; 0,20; 1,00; 3,00; 11,00; 21,00 % v/v – w zakresie pomiarowym analizatora 25%	TAK / NIE
		- liniowość, - sprawność konwertera NO2-NO	TAK / NIE
5	Zakres temperatury pracy	5 °C do 40 °C,	TAK / NIE
6	Zakres wilgotności pracy	do 80%,	TAK / NIE
7	Ilość analizatorów	1 szt.	TAK / NIE
8	Dostawa/ Transport po wzorcowaniu	Po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o.	TAK / NIE
9	Czas realizacji	Do 3 tygodni od daty dostarczenia urządzenia	TAK / NIE
10	Płatność	Przelew 30 dni	TAK / NIE
11	Inne	- Liniowość, sprawność konwertera NO - Świadectwo wzorcowania w języku polskim z akredytowanego laboratorium zgodne z PN EN 17025	TAK / NIE

3. HORIBA PG 350E 9HDD1ALB

Lp.	Kryterium		Oświadczenie Oferenta / Potwierdzenie Oferenta
1	Obiekt wzorcowania	Przenośny analizator spalin HORIBA PG350E	TAK / NIE
2	Producent	HORIBA	TAK / NIE
3	Nr fabr.	9HDD1ALB	TAK / NIE
4	Zakres wzorcowania/ odniesienie do liniowości	NO: 0,0; 2,0; 10,0; 25,0; ppm v/v - zakresie pomiarowy analizatora 25 ppm CO: 0,0; 2,0; 10,0; 200,0; ppm v/v - zakresie pomiarowy analizatora 200 ppm CO2: 0,00; 0,20; 1,00; 5,00; 10,0; 20,0; % v/v - zakresie pomiarowy analizatora 10% NO: 0,0; 50,0; 200,0; 1000 ppm v/v - zakresie pomiarowy analizatora 1000 ppm CO: 0,0; 100; 1000; 5000; ppm v/v - zakresie pomiarowy analizatora 5000 ppm SO2: 0,0; 100; 500; 2000; ppm v/v - zakresie pomiarowy analizatora 3000 ppm O2: 0,00; 0,20; 1,00; 3,00; 11,00; 21,00 % v/v – w zakresie pomiarowy analizatora 25% - liniowość, - sprawność konwertera NO2-NO	TAK / NIE
5	Zakres temperatury pracy	5 °C do 40 °C,	TAK / NIE
6	Zakres wilgotności pracy	do 80%,	TAK / NIE
7	Ilość analizatorów	1 szt.	TAK / NIE
8	Dostawa/ Transport po wzorcowaniu	Po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o.	TAK / NIE
9	Czas realizacji	Do 3 tygodni od daty dostarczenia urządzenia	TAK / NIE
10	Płatność	Przelew 30 dni	TAK / NIE
11	Inne	- Liniowość, sprawność konwertera NO - Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium zgodne z PN EN 17025	TAK / NIE