



Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego PKN/2/003137/26

Specyfikacja techniczna

- I. Przedmiot zapytania ofertowego:** Zakup i dostawa 5 kompletnych zestawów defibrylatorów AED ZOLL AED 3 wraz z kompatybilnymi szafkami.
- II. Adres dostawy:** ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Magazyn Inwestycyjny MG-50.
- III. Termin realizacji:** 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
- IV. Dostawa i koszty przesyłki:** po stronie Oferenta.
- V. Gwarancja:** minimum 60 miesięcy od daty dostawy.
- VI. Wymagania techniczne:**

Dostarczone zestawy muszą być kompletne, gotowe do użycia oraz obejmować szafki przeznaczone do montażu wewnątrz budynku.

Wymagania techniczne dla defibrylatora AED — urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

- posiadać uniwersalne elektrody umożliwiające zastosowanie również u pacjentów pediatrycznych,
- posiadać elektrody oraz baterię o okresie przydatności co najmniej 5 lat,
- umożliwiać uruchomienie trybu pediatrycznego za pomocą przycisku,
- posiadać technologię wspierającą prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, informującą w czasie rzeczywistym o jakości prowadzonej resuscytacji, np. Real CPR Help,
- wyzwać impuls defibrylacyjny w czasie krótszym niż 5 sekund od rozpoczęcia analizy rytmu,
- być zgodne z aktualnymi zaleceniami AHA, ERC i ILCOR,
- posiadać możliwość nagrywania głosu,
- posiadać dokument potwierdzający możliwość użycia urządzenia na mokrych powierzchniach,
- posiadać dokument potwierdzający pozytywne przejście testu upadku z wysokości oraz poprawność działania AED po upadku.

Wymagania techniczne dla szafki AED — szafka musi spełniać następujące wymagania:

- być kompatybilna z defibrylatorem AED ZOLL AED 3,
- być przeznaczona do montażu wewnątrz budynku- bezprzewodowo,
- być oznaczona napisem oraz piktogramem AED,
- posiadać system alarmowy zasilany bateryjnie,
- posiadać miejsce na zapasowe elektrody i baterie,



- posiadać instrukcję montażu.

VII. Pozostałe wymagania obligatoryjne:

- Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi AED dla osób wskazanych przez dany obszar Zamawiającego.
- Oferent zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas serwisu AED w trakcie trwania gwarancji.
- Wymagane dokumenty, obligatoryjnie dołączone w języku polskim, należy przekazać w wersji papierowej wraz z dostawą oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Connect:
 - karta produktu oferowanego defibrylatora AED wraz ze zdjęciem,
 - karta produktu oferowanej szafki AED wraz ze zdjęciem,
 - karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji,
 - wymagane dokumenty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności CE potwierdzające dopuszczenie urządzenia do użytkowania,
 - instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja montażu szafki.