

Załącznik nr 2 – Kryteria techniczne/Specyfikacja

Nazwa postępowania: Aspiracyjna sonda prędkościowa typu S, dł. pom. 1,0 m.

Nr postępowania: ORLEN EKO/2/000124/26

Kryterium		Oświadczenie Oferenta/ Potwierdzenie Oferenta
Potwierdzenie zakresu rzeczowego określonego w Zapytaniu Ofertowym		TAK/NIE
Zestaw	Aspiracyjna sonda prędkościowa typ S , Ø38 mm,, z torem poboru z tytanu, ogrzewana z regulacją temperatury, dł. pom. 1,0 m, Z dokręcaną gęsią szyją Z jarzmem mocującym z gwintem zewnętrznym M64x4 z elektronicznym wskaźnikiem zerowego ciśnienia, z wbudowaną sondą temperatury (przewód 30m (<u>2 x 15 m</u>)) z regulatorem temperatury z transformatorem zasilającym z separatorem pyłu do filtracji wewnętrznej (FT-50t - na wkłady filtracyjne płaskie o średnicy 50 mm, wykonany z tytanu) Zestaw musi spełniać wymagania norm: PN-Z-04030-7, PN-EN-13284-1_2018-02, PN-EN 14385, PN-EN 13211, PN-EN 1911	TAK/NIE
Opakowanie transportowe	Pojemnik transportowy	TAK/NIE
Gwarancja	Minimum 2 lata	TAK/NIE
Serwis	Zapewnienie napraw pogwarancyjnych	TAK/NIE

Obsługa	Instrukcja użytkowania w języku polskim	TAK/NIE
Czas realizacji zamówienia	12-tygodni od daty przesłania Zamówienia przez ORLEN Eko sp. z o.o.	TAK/NIE
Wzorcowanie	Świadectwa wzorcowania sondy - z separatorem pyłu do filtracji wewnętrznej FT-50t - na wkłady filtracyjne płaskie o średnicy 50 mm z 5 końcówkami aspiracyjnymi (8,10,13,16,20 mm) - bez separatora pyłu z zaślepką - wzorcowanie sondy temperatury Zgodne z normą 17 025	TAK/NIE

Data, podpis