

Poz. 1 Specyfikacja defektoskopu

Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy: Evident Epoch 650

Wyposażenie podstawowe

- Walizka transportowa
- Futerał / szelki
- Certyfikat kalibracji

Wyposażenie dodatkowe

- Przewody przyłączeniowe pojedyncze – 2 szt.
- Zestaw głowic:
 - 2 × 45° 8 × 9 mm – AM4R-8X9-45
 - 2 × 60° 8 × 9 mm – AM4R-8X9-60
 - 2 × 70° 8 × 9 mm – AM4R-8X9-70
- Głowica VideoScan 10 MHz o rozmiarze 6 mm, przeznaczona do badań przylegania stóp łożyskowych.

Wzorce kontrolne dla stali

- Wzorzec kontrolny nr 1 zgodny z PN-EN ISO 2400:2025-10E
- Wzorzec kontrolny nr 2 zgodny z PN-EN ISO 7963:2023-05E

Poz. 2 Specyfikacja defektoskopu

Urządzenie: ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy Krautkramer USM 100 Standard

- Certyfikat kalibracji

Wyposażenie dodatkowe

- Futerał / kabura / szelki / pasek
- SEB10 KF3 — miniaturowa głowica podwójna
- SEB 4 KF 8 — palcowa miniaturowa głowica podwójna
- MB 4F — miniaturowa głowica palcowa
- 2 szt. × MPKLL2 — kabel do głowic miniaturowych (LEMO 00 / LEMO 00)
- SEKM 2-10 — kabel do miniaturowych głowic podwójnych typu SEB..KF
- 2 szt. × AD-L0/L1m — adapter Lemo 00 / Lemo 01 (na kablu)
- CLF4 — głowica 15 MHz, powierzchnia kontaktowa 7,7 mm
- CL331 — kabel łączący Lemo 00 / Microdot