



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego PKN/2/003894/26
Specyfikacja techniczna

- I. Przedmiot zapytania ofertowego:** Zakup i dostawa 6 szt. defibrylatora AED CU Medical iPad SP1 AUTO wraz z szafką.
- II. Adres dostawy:** ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
Magazyn Inwestycyjny MG-50 – 1 szt.
Budynek administracyjny - biurowy tlenku etylenu i glikolu, działka D12 – 3 szt.
Budynek administracyjny magazynów, działka F13 - 2 szt.
- III. Termin realizacji:** do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
- IV. Dostawa i koszty przesyłki:** po stronie Oferenta.
- V. Wymagania techniczne:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. w pełni automatycznych defibrylatorów AED CU Medical iPad SP1 AUTO wraz z szafką.

Parametry ogólne:

- model: AED CU Medical iPad SP1 AUTO, automatyczny defibrylator zewnętrzny,
- wstrząs defibrylacyjny wyzwalany automatycznie przez urządzenie, bez konieczności dalszych działań osoby ratującej,
- kształt fali: dwufazowa e-cube; zakres energii: 50 J–150 J,
- przerwa w RKO: 6 sekund.

Funkcje urządzenia:

- automatyczne podgłaśnianie komunikatów zapewniające ich słyszalność niezależnie od hałasu,
- wbudowany tryb pediatryczny oraz elektrody uniwersalne dla dorosłych i dzieci,
- ekran LCD umożliwiający kontrolę statusu urządzenia, stanu baterii i elektrod,
- codzienne autotesty urządzenia,
- urządzenie umożliwia zapis i transfer danych zgodnie z dokumentacją producenta.

Zasilanie:

- bateria Long Life, żywotność baterii: 5 lat,
- liczba wyładowań: 200 wyładowań przy 150 J.

Konstrukcja i warunki pracy:

- klasa ochrony: IP55, zapewniająca ochronę w przypadku zachlapania i zapylenia, potwierdzona dokumentacją producenta,
- zakres temperatur pracy SP1 AUTO: 0°C do 43°C, potwierdzony dokumentacją producenta,



- praca w sytuacji nagłej: -20°C do 50°C, w warunkach ekstremalnych do 20 minut, potwierdzona dokumentacją producenta,
- odporność na upuszczenie z wysokości 1,2 m na dowolną powierzchnię, potwierdzona dokumentacją producenta ze wskazaniem wysokości i warunków badania,

Wypożyczenie wymagane:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- defibrylator AED iPAD SP1 AUTO, bateria Long Life, elektrody uniwersalne (trwałość 36 miesięcy) oraz torba ochronna/transportowa,
- instrukcja w języku polskim oraz miniapteczka / zestaw ratunkowy AED,
- stalowa szafka AED z alarmem świetlnym i dźwiękowym uruchamianym po otwarciu drzwiczek, wyposażona w zamek magnetyczny ułatwiający dostęp do defibrylatora oraz okienko ułatwiające kontrolę zawartości,
- piktogramy/oznakowanie niezbędne do prawidłowego oznaczenia miejsca lokalizacji AED zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Serwis i gwarancja:

- gwarancja producenta na defibrylator: minimum 60 miesięcy,
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,
- producent zapewni dostępność nowych, kompatybilnych elektrod w okresie trwania gwarancji urządzenia,
- oferent zobowiązany jest do zapewnienia równoważnego funkcjonalnie urządzenia zastępczego na czas serwisu AED w trakcie trwania gwarancji.

VI. Pozostałe wymagania obligatoryjne:

- Oferent zapewni szkolenie z obsługi AED online lub w siedzibie zamawiającego lub przekaże materiały instruktażowe w formie wideo.
- Wymagane dokumenty, obligatoryjnie dołączone w języku polskim, należy przekazać w wersji papierowej wraz z dostawą oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Connect:
 - karta produktu oferowanego defibrylatora AED wraz ze zdjęciem,
 - karta produktu oferowanej szafki AED wraz ze zdjęciem,
 - karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji,
 - deklaracja zgodności CE oraz dokumenty/certyfikaty potwierdzające zgodność urządzenia z właściwymi normami medycznymi, w tym EN 60601 lub równoważnymi, oraz zgodność z aktualnymi wytycznymi ERC,
 - instrukcja obsługi urządzenia.