Umowa nr 26DFBT387- Serwisowania aparatury fizyko-chemicznej w zakresie chemii wodnej zainstalowanej w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Załącznik nr 1- Zakres czynności realizowanych w ramach Przeglądu.

1. Przegląd i serwis aparatury obejmuje co najmniej wymieniowe czynności zależne od budowy układu pomiarowego. Zakres Przeglądu będzie obejmował:
   1) prace konserwacyjne zgodnie z DTR i zaleceniami producenta, diagnostyka i drobne naprawy;
   2) sprawdzenie drożności układu przygotowania próbki. Sprawdzenie poprawności wskazań rotametrów, czujników temp, manometrów;
   3) usuwania usterek zdiagnozowanych podczas przeglądów oraz usuwania awarii urządzeń;
   4) badanie szczelności i czyszczenie układu podawania próbki;
   5) wymianę wymaganych materiałów eksploatacyjnych (elektrody, membrany, masy kationitowe itd.);
   6) sprawdzenie poprawności działania czujników pomocniczych (np. czujnik temperatury);
   7) przygotowanie nowych odczynników;
   8) kalibrację układu pomiarowego;
   9) dostawą materiałów, podzespołów, urządzeń lub części zamiennych niezbędnych do realizacji Umowy.
2. Po zakończonym Przeglądzie zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonych czynności.