Płock, dnia 2026-11-16

Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000328/26

I. Zakres zapytania ofertowego

ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej wyspecyfikowanej usługi.

II. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Sprzedaż **1 sztuki kriostatu do ręcznego oznaczania temperatury mętnienia oraz temperatury płynięcia, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 3015 oraz PN-EN ISO 3016 / ASTM D 97.**

Wymagania techniczne:

- Kriostat powinien być wyposażony minimum w 4 łaźnie, utrzymujące temperaturę w zakresie:
  Pierwsza łaźnia: 0 ± 1,5°C
  Druga łaźnia: -18 ± 1,5°C
  Trzecia łaźnia: -33 ± 1,5°C
  Czwarta łaźnia: -51 ± 1,5°C
- Każda z łaźni musi posiadać co najmniej 4 stanowiska do umieszczenia probówek badawczych
- Łaźnie chłodzone mechanicznie gazem bez CFC
- Każde stanowisko (płaszcz) powinien być wodoszczelny, cylindryczny, metalowy, płaskodenny o głębokości około 115 mm ± 3 mm, średnicy wewnętrznej od 44,2 mm do 45,8 mm. Płaszcz powinien być umocowany w łaźni chłodzącej pionowo, tak aby górna krawędź płaszcza znajdowała się na wysokości nie większej niż 25 mm nad poziomem cieczy chłodzącej
- Dokładność ustawienia temperatury w każdej łaźni: 1°C
- Stabilność temperatury: ± 1°C
- Odczyt temperatury w łaźni: za pomocą termometrów ASTM 5C oraz ASTM 6C.

Wraz z dostawą aparatu wymagana dostawa:

- Probówka do badań, cylindryczna, z przezroczystego szkła, płaskodenna, o średnicy zewnętrznej od 33,2 mm do 34,8 mm i wysokości od 115 mm do 125 mm; średnica wewnętrzna probówki może wynosić od 30 mm do 32,4 mm, grubość ścianki nie powinna być jednak większa niż 1,6 mm. Na wysokości 54 mm ± 3 mm od wewnętrznego dna probówki powinien być zaznaczony linią poziom napełnienia próbką – 10 sztuk
- Podkładki korkowe lub filcowe o grubości 6 mm – 16 sztuk
- Pierścień uszczelniający o grubości około 5 mm, który będzie przylegał szczelnie do zewnętrznej powierzchni probówki do badań i luźno do wnętrza płaszcza (jako zabezpieczenie probówki do badań przed stykaniem się z płaszczem) – 16 sztuk
- Termometry do kontroli bieżącej temperatury w łaźniach: ASTM 5C w ilości 3 sztuki oraz ASTM 6C w ilości 1 sztuka.

2. Dostawa, wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu w Pracowni, w tym:
   - sprawdzenie rozkładu temperatur w każdej łaźni za pomocą wzorcowanego przyrządu, będącego w posiadaniu Dostawcy. Kryterium poprawności dla każdej z temperatur łaźni ± 1,5°C;
   - sprawdzenie aparatu za pomocą certyfikowanego materiału odniesienia, posiadającego certyfikat ISO 17034 będącego w posiadaniu Pracowni, dla temperatury mętnienia wg PN-EN ISO 3015 oraz temperatury płynięcia wg PN-EN ISO 3016. Ocena poprawności działania wg kryterium: uzyskany wynik temperatury mętnienia powinien być równy lub różniący się o mniej niż 2°C od wartości certyfikowanej CRM, gdzie R jest odtwarzalnością metody oraz uzyskany wynik temperatury płynięcia powinien być równy lub różniący się o mniej niż 3°C od wartości certyfikowanej CRM, gdzie R jest odtwarzalnością metody.
3. Przeszkolenie Personelu:
   - Pracowni (min. 2-3 osoby, min 1 dniowe) w zakresie:
     obsługi i bieżącej konserwacji aparatu,
     wykonywania sprawdzeń oraz badań próbek rzeczywistych.
   - Działu Utrzymania Ruchu w zakresie:
     przeglądów/konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi,
     regulacji i ustawiania parametrów,
     diagnozy, analizy i naprawy najczęstszych usterek (podstawowych usterek)/awarii.

   Zakończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem.
4. Dostarczenie wymaganej dokumentacji:
   - Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania aparatu na terenie Unii Europejskiej (wymagany certyfikat CE / deklaracja UE - w języku polskim)
   - Certyfikat/Dokument potwierdzający zgodność aparatu z normami: PN-EN ISO 3015, PN-EN ISO 3016, ASTM D 97
   - Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji
   - Kompletna instrukcja obsługi oryginalna wraz z tłumaczeniem na język polski w wersji papierowej oraz elektronicznej. Instrukcja obsługi powinna zawierać min.:
     rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
     opisy i objaśnienia niezbędne do ustawienia i regulacji aparatu
     opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami
     specyfikacje części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
   - Protokół z przeprowadzonych sprawdzeń.
5. Podpisanie Protokołu odbioru przez przedstawiciela Pracowni oraz Dostawcę potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:
Gwarancja na aparat – min. 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru.
Miejsce realizacji usługi - Pracownia w Laboratorium Centralnym, teren Obiektu Chronionego ORLEN S.A. Płock (teren zamknięty).

III. Sposób złożenia Oferty

Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza się załączniki w formacie ".doc", „.xls", „.pdf".

Przewiduje się równoległy proces składania poszczególnych części oferty; część formalna, techniczna i handlowa składane są równolegle; otwarcie części handlowej następuje po akceptacji części formalnej i technicznej.

Część Formalna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad prezentowanych w dokumentach "Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN", "Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK ORLEN", "Polityka przyjmowania i wręczania upominków w GK ORLEN", "Polityka zarządzania konfliktem interesów w GK ORLEN", „Polityka ochrony praw człowieka w GK ORLEN”
- aktualnego KRS, wyciągu/wypisu z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego
- oświadczenia potwierdzającego, że Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT
- oświadczenia, że dane Oferenta zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne – jeśli wymaganie dotyczy
- potwierdzenia, że Oferent prowadzi działalność w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego oraz działalność ta została ujawniona w rejestrze podmiotów gospodarczych.

Część Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia realizacji wymaganej usługi tj. oferta techniczna powinna zawierać specyfikację oferowanego aparatu oraz wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w pkt. II zapytania ofertowego zagadnienia w formie zwięzłych opisów; jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu
- wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Oferenta – Załącznik nr 1
- okresu gwarancji
- terminu realizacji usługi.

W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania.

Część Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

- ceny netto za usługę
- terminu płatności
- akceptacji kar umownych – Załącznik nr 2.

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentów

Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie poprzez Platformę Zakupową CONNECT. Prosimy, aby pod treścią pytań nie umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadającej pytania). Odpowiedzi będą udzielane tą samą drogą z zastrzeżeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent może być zobligowany do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów/informacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

V. Poufność

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszej procesie, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów, mogą być udzielane przez Oferenta

jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

VI. Zastrzeżenia Zamawiającego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości),
- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania przetargowego,
- odstąpienia od ustalonych kryteriów wyłącznie w przypadku pojawienia się istotnych okoliczności, mających wpływ na interes i dobro Zamawiającego,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny,
- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji elektronicznej)
- wykluczenia Oferentów i Dostawców pochodzących z „Państwa trzeciego". Przez definicję „Państwa trzeciego" należy rozumieć:
  - inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub
  - inne niż państwo będące stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych, lub
  - inne niż państwo będące stroną umowy międzynarodowej z UE, która gwarantuje wzajemny i równy dostęp do rynku zamówień publicznych.

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, że:

- w przypadku akceptacji złożonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej (zamówienie/umowa jednorazowa),
- potwierdzenia uzgodnionych warunków zamówienia/umowy ze strony ORLEN Laboratorium mogą dokonywać jedynie osoby posiadające stosowane pełnomocnictwo,
- zamówienie/umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Laboratorium S.A. i Dostawcę lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Dostawcę.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII. Wybór Dostawcy

1. Wybór Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria, po przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
2. Oceny ofert dokona Zespół Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. – bez udziału Oferentów.
3. Planuje się przeprowadzić ocenę ofert w trzech etapach:

   Etap I Ocena formalna

   Etap II Ocena techniczna obejmująca spełnienie wymagań technicznych obligatoryjnych w zakresie:
   - potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych z pkt. II zapytania ofertowego
   - Oświadczenia Oferenta (Zał. nr 1)

   Etap III Ocena handlowa obejmująca:
   - warunki finansowe (wartość zdyskontowana) - cena netto oraz termin płatności
   - akceptację kar umownych (Zał. nr 2).

   Warunkiem zakwalifikowania oferty do następnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.

Firmy, które przedstawią oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji.

4. Za najlepszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała kryteria formalne, postawione obligatoryjne wymagania techniczne oraz otrzyma najwyższą punktację handlową.

VIII. Uwagi dodatkowe

1. W ORLEN Laboratorium S.A. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PNEN ISO 14001 i PN-ISO 45001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem ochrony środowiska i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania".
2. W ORLEN Laboratorium S.A. podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne dostępne pod adresami zgodnie z poniższym:

a) na terenie ORLEN S.A. i Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
oraz
https://rafineriagdanska.pl/3628/dla_dostawcow

b) na terenie ANWIL S.A.
https://anwil.orlen.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow

c) na terenie ORLEN Południe S.A.
https://www.orlenpoludnie.pl/PL/OFirmie/Strony/Dla-kontraktorow.aspx.

3. Osoby pracujące na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowiązane są do zapoznania się z Ogólnymi zasadami postępowania dla osób przebywających na terenie ORLEN Laboratorium S.A.
4. Dostawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
5. ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega sobie prawo do wykonawstwa zastępczego w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów lub ich porzucenia. Kosztami zostanie obciążony Dostawca.
6. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi.
7. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi będącej przedmiotem zamówienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz zdarzeń środowiskowych, które powstały podczas jej realizacji.
8. Dostawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji dostawy/usługi.

Złożenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznaczne z akceptacją przez Dostawcę warunków realizacji dostaw na teren ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / ORLEN Południe S.A. / Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o., w tym:

- przestrzegania wewnętrznych zasad BHP;
- przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym oraz ruchu materiałowym na terenie Obiektu chronionego ORLEN S.A.,/ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A./Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami;
- zawarcia umowy z ORLEN Ochroną Sp. z o.o., która umożliwi ruch osobowy i materiałowy na terenie Obiektu chronionego ORLEN S.A./ ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A./Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.;
- przestrzegania zakazu wjazdu na teren zamknięty Obiektu chronionego ORLEN S.A./ORLEN Południe S.A./ANWIL S.A./Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. pojazdów samochodowych wyprodukowanych przez koncerny mające siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej;
- ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji dostawy, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren Obiektu chronionego ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A./Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.